



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "БУРЕВЕСТНИК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 197350, Россия, город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина, дом 3, строение 1

Основной государственный регистрационный номер 1177847132231.

Телефон: 78126761001 Адрес электронной почты: bourestnik@bv.alrosa.ru

в лице Генерального директора Ерошкина Сергея Борисовича

заявляет, что Анализатор серы волнодисперсионный, типа: АСВ-2.

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "БУРЕВЕСТНИК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197350, Россия, город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина, дом 3, строение 1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4276-091-00227703-2014 «Анализатор серы волнодисперсионный АСВ-2».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9022190000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 216-04-21/12-ЦТ, 217-04-21/12-ЦТ от 20.04.2021 года, выданных Испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест» ООО «ПрофНадзор» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007)

руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования", ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997)

"Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний" раздел 4, подразделы 6.2, 6.5 и 7.2. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.04.2026 включительно.

(подпись)

М.П.

Ерошкин Сергей Борисович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.50112/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.04.2021

