



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
"БУРЕВЕСТНИК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления
деятельности: 197350, Россия, город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина, дом 3,
строение 1

Основной государственный регистрационный номер 1177847132231.

Телефон: 88126151239 Адрес электронной почты: bourestnik@bv.alrosa.ru

в лице Генерального директора Ерошкина Сергея Борисовича

заявляет, что Анализаторы рентгеновские АР, модели: АР-35/АР-31НМ.

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "БУРЕВЕСТНИК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 197350, Россия, город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина, дом 3, строение 1

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями 26.51.53-143-14770552-2021

«Анализаторы рентгеновские АР».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9022190000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС
004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"
(ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 057-10-22-ВТ, 058-10-22-ВТ от 12.10.2022 года, выданных Испытательной
лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о
признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и
лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования", ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997)

"Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения,
управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний" (раздел 4, подразделы 6.2, 6,5
и 7.2). Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения
(службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.10.2027 включительно.

Ерошкин Сергей Борисович

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.51963/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.10.2022

